cobas® PCR Cell Collection Media

Pour détection du virus du papillome humain (cobas® 4800 HPV)

Guide abrégé pour le prélèvement d'échantillon cervical à l'aide du balai Rovers® Cervex-Brush® et du cobas® PCR Cell Collection Media[1,2]



1. PRÉLÈVEMENT :

- Porter des gants.
- Pour prélever l'échantillon, introduire les poils du milieu du balai dans le canal **endocervical**.
- Enfoncer assez profondément pour que les **poils les plus courts** soient en contact avec l'**exocol**.
- Pousser avec précaution et **faire tourner le balai cinq fois dans le sens des aiguilles d'une montre**.

2. RINÇAGE :

- **Rincer le balai** dans le flacon **cobas**® PCR Cell Collection Media, en la poussant **dix fois** au fond du flacon, en forçant les poils à se séparer.
- **Tourner vigoureusement** le balai afin de libérer l'échantillon cellulaire.
- **Jeter le balai** de prélèvement.
- **Ne pas laisser la tête du balai dans le flacon**.

3. FERMETURE :

- Bien serrer le bouchon de façon à ce que la ligne de pression de serrage du bouchon dépasse celle du flacon.
- L'échantillon est prêt pour le transport.

Précautions:
Le spécimen sera rejeté s'il y a excès de sang (plus de 2% v/v). Un tel spécimen présente une coloration rouge ou marron foncé dans le milieu de prélèvement **cobas**® PCR Cell Collection Media.

Transport : entre 2˚C et 30˚C ▪ **Stabilité du prélèvement :** 6 mois

[1] Les personnes qui font ou dirigent le prélèvement d'échantillons doivent consulter le mode d'emploi complet du **cobas**® PCR Cell Collection Media.
[2] Les personnes qui font ou dirigent le prélèvement d'échantillons doivent consulter le mode d'emploi complet du dispositif de prélèvement Rovers® Cervex-Brush®.
COBAS est une marque de commerce de Roche. © Roche 2015.

Roche

cobas®

24-FEV-2015 v1